

Protokol o periodické prohlídce PZT

B | BRAUN

Název přístroje: Zdroj světla
Provozovatel: Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Typ: OP930

Výrobce:

AESCULAP AG & CO. KG

78532 Tuttlingen / Germany

inv. č.: 1022728

výr. č.: 1345

obj. č.: OP930

Technickou prohlídku je nutné provádět v souladu se zák. 123/2000 Sb. v pravidelných intervalech stanovených výrobcem podle návodu k použití, servisního návodu a příslušných technických předpisů a norem. Používejte pouze kalibrované měřicí přístroje a servisní pomůcky.

Vizuální kontrola		
Provedený úkon	Zjištěné nedostatky	Potvrzení
Čistota, kompletnost, poškození	bez závad	☒
Skříň přístroje (úchyty, šrouby, nápisy)	bez závad	☒
Ovládací prvky – funkce, stav	bez závad	☒
Napájecí kabel včetně koncovek	bez závad	☒
Kontrola síťových pojistek	hodnoty souhlasí	☒
Externí konektory – stav, funkce	bez závad	☒
Příslušenství – stav, funkce		
.....		☐
.....		☐
Funkční kontrola		
Provedené měření / kontrola	Naměřené hodnoty / nedostatky	Potvrzení
Síťové napájecí napětí		
Zapnout přístroj a sledovat: – průběh testu – akust. a opt. signalizaci	228 V	☒ ☒
Zkontrolovat funkčnost ovl. prvků :		☒
Zkontrolovat provozní vlastnosti: svítivost		☒ ☐ ☐ ☐ ☐
Zkouška elektrické bezpečnosti		
Odpor ochranného vodiče vč. přívodu max. 0,2 Ω	0,11 Ω	☒
Izolační odpor min. 2 MΩ	>20 MΩ	☒
Svodový proud - ochr. vodičem	0,11mA	☒
Výsledek prohlídky		
Byly zjištěny nedostatky, které by mohly způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo třetí osoby NE ☐ AND - které:		
Přijatá opatření:		
Poznámky: Revizní přístroj Meditest 50, v.č. 204030 , kalibrace platná do 5 / 2009. Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům nebo technickým normám, podle nichž byl vyroben.		

Termin příští prohlídky: 18. 12. 2009

Prohlídka provedena : datum /podpis 18. 12. 2008 / Malík P.

Malík P.

B | BRAUN

B. Braun Medical s.r.o.
Servisní centrum

HOTLINE

Tel. +420-271 091 555
Fax +420-271 091 552

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.

6
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ48880285