

Kontrolní protokol PBTK

(o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku dle § 27 zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění)

k výkazu práce číslo: 031854

Název přístroje: BPD 13 - defibrilátor	Výrobní číslo : TH 276	Inv.č. I015575-000
Výrobce: Chirana-Stará Turá ,SR	Třída el. bezp. : II.	Typ : CF
Provozovatel :	adresa : FN Olomouc I.P.Pavlova 6 ,Olomouc	
	oddělení : Ortopedická klinika operační sál 3	

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje**Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou**

P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Síť - přístupná část	0,00 mA	0,50 mA	Vyhovuje
1.2.	Síť - příločná část	0,004 mA	0,05 mA	Vyhovuje
1.3.	Přístupná část - příločná část	0,066 mA	0,1 mA	Vyhovuje

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek
2.1.	Prohlídka přístroje – vizuální kontrola	Vyhovuje
2.2.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje
2.3.	Kontrola síťové části včetně pojistek	Vyhovuje
2.4.	Kontrola stavu akumulátorů	Vyhovuje
2.5.	Kontrola defibrilačních elektrod a příslušenství	Vyhovuje
2.6.	Kontrola ovládání , signalizace a funkce přístroje	Vyhovuje

3. Poznámky, připomínky, doporučení

U přístroje nabíjecí stojan BPD 13NS v.č.nemá
U přístroje je zlomený kryt s pravým závěsem horního krytu.
Jinak bez připomínek

4. Závěr

Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.

Použité měřicí přístroje přístroje (název,typ, v.č.) :

MEDITEST 50 v.č.200 350, Defibrillator analyzer FLUKE QED 6, Multimetr METEX M-4650CR v.č.EF711836, Osciloskop KIKUSUI v.č.28070426,

Datum provedení kontroly : **7.2.2008**Datum příští PBTK : **02/2009**Kontrolu provedl
(jméno a podpis) : **Jiří Ištuk****CHIRONAX**
Frýdek-Místek s.r.o.
Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek

-12-

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 443 125 fax: 588 442 529Protokol převzal :
(datum,jméno a podpis)