

Prováděcí předpis bezpečnostně technické kontroly zdravotnického přístroje
Podle zák.123 / 2000 sb., ČSN 60601 a ČES 33.03.95
K výkazu práce č. 004399

Datum a místo provedení kontroly	17.5.2005 Olomouc
Název a typ přístroje	VF kauter Eletom
Výrobní číslo	MD 1124
Inventární číslo	015526
Majitel přístroje	FN Olomouc
Umístění přístroje	Ortop.klinika - OP

Vzhledová kontrola	
- kryt přístroje	Vyhovuje
- ovládací prvky, klávesnice	Vyhovuje
- síťový přívod	Vyhovuje
- příslušenství	Vyhovuje

Kontrola funkce	
- kontrola testu při zapnutí přístroje	---
- kontrola funkce ovládacích prvků	Vyhovuje
- kontrola parametrů	Vyhovuje
- kontrola ochrany a signalizace	Vyhovuje

Kontrola stavu akumulátoru	---
-----------------------------------	-----

Kontrolní elektrická zkouška / tř. I.	Měřidlo: PU 184 v.č. 9689795
- odpor ochranného vodiče u př.tř. 1	0,12 Ohm
- izolační stav přístroje	>20 MOhm
- unikající proud	0,17 mA
- síťová. část – část přístupná dotyku	
- síťová část – příložná část	
- část přístupná dotyku – příložná část	

Závěrečné hodnocení	Přístroj vyhovuje normám ČSN 331500 a ČSN EN 60601
Datum a podpis technika	17.5.2005 Axmann Milan
Příští kontrola	17.5.2006 

Použité měřidlo : multimetr digit. MX 52 v.č.922247610200

FORMED spol. s r.o.

Bludovice 103 ③

41 01 NOVÝ JIČÍN