

BENDER GmbH & Co.KG
Unimet 1000 ST

Typ/model ME400
Identif. číslo ... FN Olomouc-ortop.1.p
Výrobce Martin med
Sériové číslo MME400 0800 95 5978
Norma měření IEC601-1
Třída ochrany Třída I
Příložená část ... Typ CF
Připojení pacienta 4
Jmenovité napětí . 230 V

Měření	Prahová hodnota	Výsledek
Odpor ochranného vodiče	#003 0.200	0.009 Ohm
PE měřicí proud	#083	> 30.0 A
Proud zátěží	#080	0.574 A
Provozní napětí	#081	235 V
Příkon	#082	0.135 kVA
Zemní unikající proud NC	#007 0.500	0.228 mA
Zemní unikající proud SFC	#009 1.000	0.466 mA
Unik.proud pac. NC DC	#223 0.010	< 0.001 mA
Unik.proud pac. NC AC	#323 0.010	< 0.001 mA
Unik.proud pac. SFC DC	#225 0.050	< 0.001 mA
Unik.proud pac. SFC AC	#325 0.050	0.003 mA
S přítomným sítovým napětím..	#033 0.050	0.009 mA
Pomocný proud pacientem NC DC	#235 0.010	< 0.001 mA
Pomocný proud pacientem NC AC	#335 0.010	< 0.001 mA
Pom. proud pacientem. SFC DC	#237 0.050	0.002 mA
Pom. proud pacientem. SFC AC	#337 0.050	< 0.001 mA

Poradí testovacích kroků
3, 83, 80, 81, 82, 7, 11, 12, 31, 33, 34, 223, 225, 229, 230, 235, 237
241, 242, 323, 325, 329, 330, 335, 337, 341, 342, 8, 32, 224, 226, 236
238, 324, 326, 336, 338, 9, 13, 227, 239, 327, 339, 10, 228, 240, 328
340

Výsledek testu: Test proveden

Datum 24.03.2001
Technik Ing. Josef Kovár
Podpis

Unimet 1000 ST Verze: 3.40 Sériové číslo: 0008053368

