

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. § 27

NAZEV PŘÍSTROJE: VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA RD-95		VYROBNÍ ČÍSLO: 96032 D024942-000	
MAJITEL PŘÍSTROJE: FN OLOMOUČ		ODDĚLENÍ: ORT - OP. JAL	
VYROBCE: ALFAMEDIC		ROK VÝROBY: 1996	
TYPOVÉ OZNACENÍ: RD-95	Un (V) 230	In (A) 100	Pn (W) II
		BEZ ZÁVAD	ZÁVADA
KONTROLA REGULÁTORU:			
KONTROLA PŘÍSTROJOVÉ KRABICE		✓	
KONTROLA NASTAVENÍ A FUNKCE DLE PŘÍPRAVKU		✓	
KONTROLA KONEKTORU		✓	
KONTROLA SÍŤOVÉHO PŘÍVODU		✓	
KONTROLA VYHŘÍVANÉ PODLOŽKY:			
KONTROLA ČIDLA DLE PŘÍPRAVKU		✓	
KONTROLA VEDENÍ TOPNÉHO DRÁTU		✓	
KONTROLA KONEKTORU		✓	
KONTROLA IZOLACE PŘÍVODNÍHO KABELU PODLOŽKY		✓	
KONTROLA POTAHU PODLOŽKY		✓	

VÝSLEDEK KONTROLY:

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY:

3/2009

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 250 \text{ V}$ $P_n = 100 \text{ W}$	
TRÍDA OCHRANY: <u>I</u>	
SESTAVA: ☐ ☐ ☒ ☐ přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m)) přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce.....m přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m	
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I): ohm	
UNIKAJÍCÍ PROUD: ☒ ☒ ☒ síťová část - přístupná část $N = 900 \text{ mA}$ $U = 900 \text{ mA}$ $R = 905 \text{ mA (max 1mA)}$ síťová část - příložná část $N = 9004 \text{ mA}$ $U = 9002 \text{ mA}$ (max 0,5mA) přístupná část - příložná část $R = 9002 \text{ mA}$ (max 0,5mA)	
POUŽITÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50 ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324	
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU: vyhověl - nevyhověl VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95: vyhověl - nevyhověl	
VÝSLEDEK KONTROLY: bez závad závady:	
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje	
TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: 3/2009	
KONTROLU PROVEDL: DNE 13.3.2008 V LIŠOVĚ podpis	
POTVRZENÍ ORGANIZACE: Fakultní nemocnice Olomouc odbor hlavního mechanika dispečink oprav I.P. Pavlova 6, 775 20 OLMOUC tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529 14-03-2008	