


PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 230\text{ V}$ $P_n = 100\text{ W}$	
TRÍDA OCHRANY: <u>I</u>	
SESTAVA:	☐ přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m)) ☒ přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce..... ³ m ☐ přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TRÍDY I): <u> </u>	
UNIKAJÍCÍ PROUD:	☒ síťová část - přístupná část $N = 0,00\text{ mA}$ $U = 0,00\text{ mA}$ $R = 0,01\text{ mA (max 1mA)}$ ☒ síťová část - příložná část $N = 0,003\text{ mA}$ $U = 0,001\text{ mA}$ (max 0,5mA) ☒ přístupná část - příložná část $R = 0,001\text{ mA}$ (max 0,5mA)
POUŽITÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50	ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200.324
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU:	<u>vyhověl</u> - nevyhověl
VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95:	<u>vyhověl</u> - nevyhověl
ZÁVADY:	<u>BEZ ZÁVADY</u>
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA PRAVIDELNÁ SERVISNÍ PROHLÍDKA DLE ZÁKONA č.123/00 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje	
TERMÍN PŘÍSTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: <u>10/2006</u>	
KONTROLU PROVEDL:	 ALFAMEDIC v.o.s. Tr. 5.května 458 778 72 Lšov DIČ: CZ00513008 podpis
V <u>OLOMOUCI</u> DNE <u>18. 10. 2005</u>	
POTVRZENÍ ORGANIZACE:	<u>18. 10. 2005</u> 11/28 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ Ortopedická klinika I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 441 111 Pověřený přednost: MUDr. Miroslav Pach, CSc. <u>H. J. Brudera</u>

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE

NÁZEV PŘÍSTROJE: VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA RD-95		VÝROBNÍ ČÍSLO: 96032	
MAJITEL PŘÍSTROJE: FN OLOMOUČ		ODDĚLENÍ: ORT. - OPER. 1467	
VÝROBCE: ALFAMEDIC		ROK VÝROBY: 1996	
TYPOVÉ OZNACENÍ: 2D-91	Un (V) 230	In (A) 100	Pn (W) 100
		TRÍDA OCHRANY: II	
		BEZ ZÁVAD	ZÁVADA
KONTROLA REGULÁTORU:			
KONTROLA PŘÍSTROJOVÉ KRABICE		✓	
KONTROLA NASTAVENÍ A FUNKCE DLE PŘÍPRAVKU		✓	
KONTROLA KONEKTORU		✓	
KONTROLA SÍŤOVÉHO PŘÍVODU		✓	
KONTROLA VYHŘÍVANÉ PODLOŽKY:			
KONTROLA ČIDLA DLE PŘÍPRAVKU		✓	
KONTROLA VEDENÍ TOPNÉHO DRÁTU		✓	
KONTROLA KONEKTORU		✓	
KONTROLA IZOLACE PŘÍVODNÍHO KABELU PODLOŽKY		✓	
KONTROLA POTAHU PODLOŽKY		✓	

VÝSLEDEK KONTROLY:

BEZ ZÁVADY

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20070523