


PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 230 \text{ V}$ $P_n = 100 \text{ W}$	
TRÍDA OCHRANY: II	
SESTAVA:	☐ přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m)) ☒ přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce.....3m ☐ přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TRÍDY I): /	
UNIKAJÍCÍ PROUD:	☒ síťová část - přístupná část $N = 0,00 \text{ mA}$ $U = 0,00 \text{ mA}$ $R = 0,06 \text{ mA (max 1mA)}$ ☒ síťová část - příložná část $N = 0,004 \text{ mA}$ $U = 0,001 \text{ mA}$ (max 0,5mA) ☒ přístupná část - příložná část $R = 0,003 \text{ mA}$ (max 0,5mA)
POUŽITÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50	ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200-324
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU:	vyhověl - nevyhověl
VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95:	vyhověl - nevyhověl
ZÁVADY:	BEZ ZÁVADY
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA PRAVIDELNÁ SERVISNÍ PROHLÍDKA DLE ZÁKONA č.123/00 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje	
TERMIN PŘÍSTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: 10/2006	
KONTROLU PROVEDL: V. OLOMOUCI	 5. května 458 773 72 Lišov DIČ: CZ005 3008 podpis
POTVRZENÍ ORGANIZACE:	19. 10. 2005 11728 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Ortopedická klinika I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 441 111 Pověřený přednostou: MUDr. Miroslav Pach, CSc. H. J. V. ...

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE

NÁZEV PŘÍSTROJE: VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA RD-95		VYROBNÍ ČÍSLO: 97 107 DFC	
MAJITEL PŘÍSTROJE: FN OLOMOUČ		ODDĚLENÍ: ORT - OPER. SÁL	
VYROBCE: ALFAMEDIC		ROK VÝROBY: 1997	
TYPOVÉ OZNACENÍ: D-95	Un (V) 230	In (A) 100	Pn (W) 100
		TRIDA OCHRANY: II	
		BEZ ZÁVAD	ZÁVADA
KONTROLA REGULÁTORU:			
KONTROLA PŘÍSTROJOVÉ KRABICE		✓	
KONTROLA NASTAVENÍ A FUNKCE DLE PŘÍPRAVKU		✓	
KONTROLA KONEKTORU		✓	
KONTROLA SÍŤOVÉHO PŘÍVODU		✓	
KONTROLA VYHŘÍVANÉ PODLOŽKY:			
KONTROLA ČIDLA DLE PŘÍPRAVKU		✓	
KONTROLA VEDENÍ TOPNÉHO DRÁTU		✓	
KONTROLA KONEKTORU		✓	
KONTROLA IZOLACE PŘÍVODNÍHO KABELU PODLOŽKY		✓	
KONTROLA POTAHU PODLOŽKY		✓	

VÝSLEDEK KONTROLY:

BEZ ZÁVADY

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20050522