

Protokol o revizi elektrického lékařského zařízení

Zařízení:	operační stůl		
Typ:	SATURN GE	Výrobce:	TRUMPF
Umístění:	FN ortopedický op sál, I.P. pavlova 6, Olomouc		
Seriové číslo:	002 044913	Evidenční číslo:	neuveveno

Revize provedena dne:	16.3.04 15:15	Revizi provedl:	Ehrenberger
Revize provedena firmou:	NIMOTECH s.r.o.	Příští kontrola	březen 2006

Zařízení je třídy:	I, typ B
---------------------------	----------

Výsledky revize	
Odpor ochr. vodiče - 25A	00.10 OHMů
Izol. odpor (500V)	99.99 MEGa
Zemní svodový proud	
1. (N)	<0.040 mA - OK
2. (R)	0.042 mA
Odpojen nulovací vodič	
3. (N)	0.072 mA
4. (R)	0.071 mA
Proud unikající krytem přístroje	
1. (N)	<0.040 mA - OK
2. (R)	<0.040 mA - OK
Odpojen nulovací vodič	
3. (N)	<0.040 mA - OK
4. (R)	<0.040 mA - OK
Odpojen ochranný vodič	
5. (N)	0.051 mA
6. (R)	0.063 mA
Proud unikající pacientem	
Příložná část č. 1	
** Jen AC **	
1. (N)	<0.004 mA - OK
2. (R)	<0.004 mA - OK
Odpojen nulovací vodič	
3. (N)	<0.004 mA - OK
4. (R)	<0.004 mA - OK
Odpojen ochranný vodič	
5. (N)	<0.004 mA - OK
6. (R)	<0.004 mA - OK
** Jen DC **	
1. (N)	<0.004 mA - OK
2. (R)	<0.004 mA - OK
Odpojen nulovací vodič	
3. (N)	<0.004 mA - OK
4. (R)	<0.004 mA - OK
Odpojen ochranný vodič	
5. (N)	<0.004 mA - OK
6. (R)	<0.004 mA - OK
** Jen DC **	

nimotech s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno

Podpis technika: _____

Celkový výsledek: VYHOVUJE

Kontrola provedena podle ČSN 60601, dop. ČES 33.03.95 přístrojem RIGEL 266 v.č. : S06-0059