


Fakturační adresa: Jan Skácel Ječmínkova 24 724 00 Ostrava Stará Bělá IČO: 633 06 743 DIČ: CZ 54 01 30 31 05 Tel: 603 181 006		PROTOKOL o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje (el.spotřebiče) dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16 00. ČSN 33 16 10. ČSN EN 60950-1		Datum: 13.03.2008 Jméno technika: Jan Skácel Osobní číslo: 0559/2/04/R-EZ-E2/A Typ měřícího přístroje: Revex 2050 Výrobní číslo: 708136 Typ měřícího přístroje: RM - 2051 Výrobní číslo: 4030274 Typ měřícího přístroje: Výrobní číslo:	
Zákazník: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P. Pavlova 6 775 20 Olomouc		Měření elektrických bezpečnostních parametrů: Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....0,218 Ω Odpor ochranného vodiče: Rp UΔ (Ip = 10 A).....0,11 Ω Isolační odpor R iso (Up = 500V).....26,4 MΩ Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....0,028+0,025 mA Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :..... mA Dotykový proud přímá metoda:..... mA Dotykový proud rozdílová metoda:..... mA Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,1 mA Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... mA Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... mA Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:..... mA Napájecí napětí:.....248 V Napájecí proud:.....0,2 A Příkon:..... W cos φ :.....			
Umístění spotřebiče:.....Ortopedická klinika Druh spotřebiče:.... Operační stůl Blanco Saturn Třída ochrany :.....I.....(I,IIa,IIb,III) Typ/ zařazení:.....B,BF,CF Výrobce:.....Blanco Výrobní číslo:.....00244913 Inv. číslo:.....I 018683-000 Provozní zkouška:.....ano		Stav přístroje: Mechan.poškození:.....ne..... Přívody:.....v pořádku..... Stav krytů:.....dobry..... Protokol o poslední revizi:.....			
Přístří revize (kontrola):za rok		Revize provedena s výsledkem:vyhověl Bezp.tech.kontrolaprovvedena s výsledkem: 		Provéřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nichž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle zákona č.346/2003 sb.§52 odst.4.	
				Tento protokol má 1 stranu. Počet vyhotovení: 2 Rozdělovník: 1x zákazník 1x revizní technik	