

Protokol o revizi elektrického lékařského zařízení

Zařízení:	operační stůl		
Typ:	BMT 300/1	Výrobce:	BLANCO
Umístění:	FN ortopedický op sál, I.P. pavlova 6, Olomouc		
Seriové číslo:	0302/93	Evidenční číslo:	neuveдено

Revize provedena dne:	18.6.02 14:36	Revizi provedl:	Ing. Marek
Revize provedena firmou:	NIMOTECH s.r.o.	Příští kontrola	červen 2004


Zařízení je třídy:	II, typ B
--------------------	-----------

Výsledky revize

Izol. odpor (500V)	99.99 MEGa
Proud unikající krytem přístroje	
1. (N)	<0.040 mA - OK
2. (R)	<0.040 mA - OK
Odpojen nulovací vodič	
3. (N)	<0.040 mA - OK
4. (R)	<0.040 mA - OK
Proud unikající pacientem	
Příložná část č. 1	
** Jen AC **	
1. (N)	<0.004 mA - OK
2. (R)	<0.004 mA - OK
Odpojen nulovací vodič	
3. (N)	<0.004 mA - OK
4. (R)	<0.004 mA - OK
** Jen DC **	
1. (N)	<0.004 mA - OK
2. (R)	<0.004 mA - OK
Odpojen nulovací vodič	
3. (N)	<0.004 mA - OK
4. (R)	<0.004 mA - OK

nimotech [®] s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno

Podpis technika:



Celkový výsledek:

VYHOVUJE

Kontrola provedena podle ČSN 60601, dop. ČES 33.03.95 přístrojem RIGEL 266 v.č. : S06-0059