



člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

PROTOKOL O PERIODICKÉ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ KONTROLE

podle § 27, § 28, § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění

Zdravotnický prostředek – typ: Průtokoměr 02 15	Výrobní číslo: 07010039	Inventární číslo: 20 D061912-000
Výrobce: GCE Chotěboř	Zdravotnický prostředek třídy: IIb	
Poskytovatel zdravotní péče: F.N. O L O M O U C Urologická klinika 7-20		

Parametr	Vyhovuje ANO NE	
- kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola ovládacích prvků	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola čitelnosti popisů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola mechanických částí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- funkční kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

rozsah: 1.....15..... l/min	nastavená hodnota	naměřená hodnota	Vyhovuje ANO NE	
1 průtok	05 l/min	4,9 l/min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 průtok	10 l/min	9,9 l/min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 průtok	15 l/min	14,8 l/min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Použité měřidlo: AALBORG MASS FLOW METER – GFM37	Kalibrace do: 7/2009
--	--------------------------------

Technický stav:

Zařízení bylo zkontrolováno, je bezpečné a schopné plnit správně funkci pro niž bylo určeno.

Termín příští prohlídky: 12/09

Servisní technik: Jan Hornák

DN FORMED BRNO
S.R.O. 612 48 BRNO
IČO: 46982604, DIČ: CZ46982604
TEL: 541 321 095, FAX: 541 321 096, 724 630 905

JAN HORNÁK - servisní technik
Hudcova 76a, 612 48 BRNO

Datum: 16.12.08 razítko a podpis servisního technika: