



člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

PROTOKOL O PERIODICKÉ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ KONTROLE

podle § 27, § 28, § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění

08zk3228

Zdravotnický prostředek – typ: Průtokoměr 02 15	Výrobní číslo: Nemá	Inventární číslo: DO 052675-000
Výrobce: CHeirón	Zdravotnický prostředek třídy: IIb	
Poskytovatel zdravotní péče: F.N. OLOMOUC I.P.Pavlova 6 Urologická klinika odd.7-20		

Parametr	Vyhovuje	
	ANO	NE
- kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola ovládacích prvků	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola čitelnosti popisů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola mechanických částí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- funkční kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

rozsah: ...1...15... l/min	nastavená hodnota	naměřená hodnota	Vyhovuje	
			ANO	NE
1 průtok	05 l/min	4,8 l/min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 průtok	10 l/min	9,8 l/min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 průtok	15 l/min	14,9 l/min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Použité měřidlo: AALBORG MASS FLOW METER – GFM37	Kalibrace do: 7/2009
------------------------------------------------------------	--------------------------------

Technický stav:

Zařízení bylo zkontrolováno, je bezpečné a schopné plnit správně funkci pro níž bylo určeno.

Termín příští prohlídky: **11/2009**

Servisní technik: Jan Horňák

DN FORMED BRNO
 S.F.O.
 HORŇÁK JAN - servisní technik
 HUDCOVA 76a, 612 48 BRNO
 Mob.: 724 830 905

DN FORMED BRNO
 S.F.O.
 612 48 BRNO, Hudcova 76a
 IČO: 46982604, DIČ: CZ46982604
 TEL.: 541 321 095, FAX: 541 321 096
Dne: **27.11.08** razítko a podpis servisního technika: