



člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

PROTOKOL O PERIODICKÉ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ KONTROLE

podle § 27, § 28, § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění

| | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| Zdravotnický prostředek – typ: | Výrobní číslo: | Inventární číslo: |
| Průtokoměr O2 15 | Nemá | 20 DO62676 -000 |
| Výrobce: | Zdravotnický prostředek třídy: | |
| GCE Chotěboř | IIb | |
| Poskytovatel zdravotní péče: | | |
| F.N. O L O M O U C Urologická klinika 7- 20 | | |

| Parametr | Vyhovuje | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ANO | NE |
| - kontrola poškození | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - kontrola ovládacích prvků | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - kontrola čitelnosti popisů | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - kontrola mechanických částí | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - funkční kontrola | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| rozsah:1...-...15... l/min | nastavená hodnota | naměřená hodnota | Vyhovuje | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | ANO | NE |
| 1 průtok | 05 l/min | 4,8 l/min | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 průtok | 10 l/min | 9,7 l/min | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 průtok | 15 l/min | 14,8 l/min | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Použité měřidlo: | Kalibrace do: |
| AALBORG MASS FLOW METER – GFM37 | 7/2009 |

Technický stav:

Zařízení bylo zkontrolováno, je bezpečné a schopné plnit správně funkci pro níž bylo určeno.

Termín příští prohlídky: 12/09

Servisní technik: Jan Horňák

DN FORMED BRNO
S.P.O. 612 48 BRNO, Hudcova 76a
IČO: 46982604, DIČ: CZ46982604
TEL.: 541 321 095, FAX: 541 321 096

DN FORMED BRNO
S.P.O.
HORŇÁK JAN / servisní technik
HUDCOVA 76a / 612 48 BRNO
Mob.: 724 830 905

Datum: 18.12.08 razítko a podpis servisního technika: