

MEDIPO - ZT s.r.o.

ČLEN ASOCIACE VÝROBCŮ A DODAVATELŮ
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Zapsána v OR KOS Brno oddíl C, vložka 23567

Protokol

o provedení profylaktické prohlídky

č. protokolu OL-11/08

MEDIPO - ZT, s r. o.
Kohoutova 24, 613 00 Brno
IČO: 25301411
DIČ: CZ25301411
tel/fax: +420 545 210 119
email: info@medipo.cz

Pracoviště:
Fakultní nemocnice Olomouc
Urologická klinika
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Objednávka č.: DIS0803332
Datum prohlídky: 19.11.2008

Typ zařízení: LT 107
v.č. : 03/2004
inv.č. : I020781 - 000

Vykonané práce:

1. Kontrola namazání a vůlí mechanických dílů:

- a. Vodící tyč a šroub sklápění stolu a ramene
- b. Pohybové šrouby pojezdů X, Y a Z
- c. Kuličkové vedení stolu
- d. Vedení a pohybové šrouby sklápění elipsoidu
- e. Pojezd kondenzátoru
- f. Mechanismus přibližování hrotů

2. Kontrola napnutí klínových řemenů:

- a. Sklápění ramene
- b. Pojezd Z
- c. Sklápění elipsoidu

3. Kontrola napnutí a promazání řetězů:

- a. Odklápění zesilovače obrazu
- b. Sklápění ramene

4. Kontrola dotažení šroubových spojů:

- a. Šrouby držící elipsoid
- b. Šrouby krytů

5. Kontrola měření:

- a. Pojezdů X, Y, Z, R, D a ZO podle kalibračních rysek
- b. Kontrola a seřízení snímačů polohy
- c. Kontrola funkce koncových a kolizních spínačů
- d. Měření napětí GRV
- e. Měření dechového sloupce

6. Kontrola RTG zaměření

- a. Vůle RTG zářiče a seřízení clony
- b. Dotažení koncovek VN kabelů

7. Kontrola TV zobrazovacího řetězce:

- a. Kontrola ostrosti zaměření

8. Kontrola SONO zaměření:

- a. Seřízení ramínka
- b. Dotažení čepu ramínka
- c. Kontrola mikropsínačů ramínka

18. Kontrola elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601-1

- a. Zkouška funkce proudového chrániče "OK"
- b. Kontrola izolačního stavu mezi živými částmi síťového přívodu a částmi přístupnými dotyku >19,99 MΩ
- c. Měření odporu ochranného pospojování mezi jednotlivými komponenty a svorkou ochranného vodiče v rozvaděči <0,1Ω
- d. Měření unikajících proudů u jednotlivých komponent <0,5 mA

19. Závěr po provedení profylaktické prohlídky:

Prověřovaný zdravotnický prostředek Litotryptor MEDILIT LT 107 v.č. 03/2004 s příslušenstvím, zařazený dle NV 336/2004 Sb. do klasifikační třídy II.b., umístěný na Urologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc je podle § 27 zákona 123/2000 Sb. v platném znění
PROVOZUSCHOPNÝ A BEZPEČNÝ

20. Doporučený termín další profylaktické prohlídky:

2 / 2009

Vyúčtování dle přiloženého Pracovního výkazu:

Použitý materiál:

název materiálu	cena za MJ	MJ	cena celkem
izolant I	1200	1	1 200 Kč
baterie LR14	39	3	117 Kč
vak komplet	1860	1	1 860 Kč
sada O kroužků a drob. těs. mater.	30	1	30 Kč
Součet			3 207 Kč

Práce provedli :

jméno technika	datum	hodin
Miroslav Dopita	19.11.2008	10
Pavel Uhlíř	19.11.2008	10
Součet		20

Vyúčtování:

Práce	20	hodin x	880	Kč/hod	17 600 Kč
Materiál	3 207 Kč	Kč	1		3 207 Kč
Cestovné	170	km x	13	Kč/km	2 210 Kč
Čas na cestě	2	prac.	2	240	960 Kč
Celkem bez DPH:					23 977 Kč

MEDIPO-ZT, s.r.o.

Koblovská 24

573 00 Brno

IČO: 25 30 14 11

Datum: 21.11.2008

Příloha: Pracovní výkaz

Razítko a podpis