

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2005/0535

Fakultní nemocnice Olomouc

Zákazník

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

IČO 00098892

Kontaktní osoba paní Ludvíková

Objednávka zákazníka: DO 8447

Ref.číslo dodavatele: 20050118

Periodická kontrola PZT dle

zák. č.346/2003 Sb. § 28 ☐

Ověření stavu PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 52 ☒

DOK 667

Oxymetr pulznítyp **BCI 3301**výr.číslo **260228606**

výrobce BCI-USA

rok uvedení 1998

ref. číslo **FN-14-17**

elektrobezpečnost baterie

klasifikační třída II b

v provozu - ORL 14A ☒**Záznam o provedených kontrolách a měření**

pracovní postup: PP BCI 3301

1. Kontrola označení ☒2. Kontrola dokumentace ☒3. Kontrola vizuální ☒4. Kontrola baterií ☒5. Kontrola nastavení a kalibrace ☒6. Kontrola příslušenství ☒

Model

Výrobní číslo

Stav%

ALV

nečitelné

75

Kontrola funkčnosti**8b) SpO2 modul**

Tester SS-100A v.č.SS039516

Simulace		Alamy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+2	80+2	L	-	✓
85+2	80+2	-	-	✓
100-2	80+2	H	-	✓
98+2	35+1	H	L	✓
98+2	250+5	H	H	✓

Alamy

Optická signalizace

Zvuková signalizace

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §52 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do: 9.8.2007 Kontrola dle §28 do: 9.8.2006 Hipot test do:

Kontrolu provedl

4.8.2005

Ivo Augsten

Kontrolu schválil

9.8.2005

Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.