

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2007/1852

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P. Pavlova 6

775 Olomouc

Kontaktní osoba paní Ivana Ludvíková

IČO 00098892

Objednávka: DIS0702751

Ref. číslo dodavatele: 20070313

Periodická kontrola PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 28



Ověření stavu PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 52

**Oxymetr pulzní**

typ BCI 3301

výr. číslo 260228606

výrobce BCI-USA

roku uvedení 1998

inv. číslo D027667-000

elektrobezp. baterie

třída PZT II b v provozu ORL 14A

FN-14-17

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3301

1. Kontrola označení



2. Kontrola dokumentace



3. Kontrola vizuální



4. Kontrola zdroje a baterií



5. Kontrola nastavení a kalibrace



6. Kontrola příslušenství

Model
BCI 3044

Výrobní číslo

Stav%

80

**Kontrola funkčnosti**

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č. SS039516

3420, Onyx-DL3000 v.č. 8K011

Simulace		Alarmy	
SpO2	p/min	SpO2	p/min
50±2	80±2	L	-
85±2	80±2	-	-
100±2	80±2	H	-
98±2	35±1	H	L
98±2	250±5	H	H
Alarmy			
Optická signalizace			
Zvuková signalizace			

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol
PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad**Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §52 zák. 346/2003 Sb.**

Ověřit dle §52 do: 18.12.2008 Kontrola dle §28 do: 18.12.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

14.12.2007 Ivo Augsten

Kontrolu schválil

18.12.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.