

Martin Bičíště -BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové
DIČ:CZ6404282192, IČO:15591051, Číslo účtu 21397/0300
tel. 495 217 192 fax. 495 213 213
Ministerstvo zdravotnictví C.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Typ přístroje: inj.dávkoč Graseby 3100 II.b	Výrobní číslo : 036510 Invent. číslo: I018065 ID:	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC Oddělení: ORL JIP
---	--	--

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluš. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Kryt			OK
Klávesnice-folie/ovládací prvky			OK
Síťová zásuvka a kabel			OK
Svěrka			OK
Baterie /akum./-záložní zdroj			OK
Nožičky			OK
Snímač tlaku			OK
Snímač založení stříkačky			OK
Dokumentace		nepředložena	x

Funkční zkouška

Průběh testu			OK
Zvukový-optický signál			OK
Reakce přístroje na vyvoditelné alarmy			OK
Okluzní tlak			OK
Kontrola kapacity akumulátoru			OK
Signalizace displeje, indik. prvků			OK
Test-umlčení alarmu			OK
Kontrola rychlosti dávkování			OK
Přepínání stříkačky			OK

Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601


Síťové nap. 230 V	Odpor ochr.vodiče vč.kabelu : X Ω	Unikající proud : /PE 0,006 mA
----------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu: ANO

Pokud NE - důvod:

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

Datum příští kontroly: 6. 2008	Kontrolu provedl: V.Kužel Datum: 19.6.2007 Podpis:  MARTIN BIČIŠTĚ - BIČELS prodej - servis Resslova 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÝ tel. 495 217 192	Přístroj předán: Datum: 13/12/07 Podpis:  FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 89 447 111 Otolaryngologická klinika Jednotka intenzivní péče ZTL Přednost: Prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.
--	---	---