

Název přístroje: OMRON NE-U12 ultrazvukový inhalátor Výrobní číslo : 60500077

Výrobce: Omron Healthcare

Třída el. bezp. : I.

Typ : BF

Provozovatel :

adresa : FN Olomouc I.P.Pavlova 6 ,Olomouc

oddělení : Otolaryngologická klinika ,JIP 14 C

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje**Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou**

P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Sít - přístupná část	0,03 mA	1,00 mA	Vyhovuje
1.2.	Sít - příložená část	0,00 mA	0,50 mA	Vyhovuje
1.3.	Přístupná část - příložená část	0,00 mA	0,50 mA	Vyhovuje

Kontrola přechodového odporu

1.5.	Přístroj + odpojitelný přívod	0,16 Ω	0,3 Ω	Vyhovuje
------	-------------------------------	---------------	--------------	----------

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek
2.1.	Prohlídka přístroje-vizuální kontrola	Vyhovuje
2.2.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje
2.3.	Kontrola síťové části včetně pojistek	Vyhovuje
2.4.	Kontrola příslušenství, filtrů	Vyhovuje
2.5.	Kontrola funkce ovládání a signalizace	Vyhovuje
2.6.	Kontrola funkce ochrany pacienta a obsluhy	Vyhovuje

3. Poznámky, připomínky, doporučení

Bez připomínek

4. Závěr**Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.****Použité měřicí přístroje přístroje (název,typ, v.č.) :**

MEDITEST 50 v.č. 976 104, Multimetr METEX M-4650CR v.č.EF711836, Osciloskop KIKUSUI v.č.28070426...

Datum provedení kontroly : **20.6.2007**Doporučená příští PBTK do: **06/2008**Kontrolu provedl
(jméno a podpis): **Jiří Ištuk**Protokol převzal :
(datum, jméno a podpis)Revoluční 1280
738 01 Frýdek-MístekFakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529

28-06-2007