



Protokol

o vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku (ZP)
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění

Číslo protokolu: <i>P02565</i>	Třída ZP: <i>II a</i>
Poskytovatel: <i>FN OLOMOUC</i>	Oddělení: <i>ORL</i>
Typ ZP: <i>TEP. VĚTR. PRACUS</i>	Výrobní číslo: <i>578/04</i>
Provozní hodiny: <i>—</i>	Evidenční číslo: <i>D303681-000</i>

V- VYHOVUJE, N - NEVYHOVUJE

Třída ochrany: <i>I</i>	Odpor ochranného vodiče: <i>0,16 Ω</i>	☒
Druh síťového přívodu: <i>POKYBL. NĚOPOL.</i>	Izolační odpor: <i>>20MΩ</i>	☒
Délka síťového přívodu: <i>2,5m</i>	Únikový proud: <i>0,06mA</i>	☒

Použité měřicí přístroje

Dig. tlakoměr PTLD	D120011	Analyzátor krevního tlaku QA-1290	12304	☐
Defibrilátor analyzátor QA-45 Mk II	4795	Meditest 50 / Revex 51	<i>200337</i>	☒
Ventilátor Tester QA-VTM	11302	Analyzátor SPO ₂ DAEG	21579	☐

Popis technické kontroly a kalibrace dle doporučení výrobce:

PŘÍSTROJ BEZ ZÁVAZ - ODPOVÍDÁ TECH. SEKCI

Vyhodnocení stavu ZP dle § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění

	ANO	NE
Používá poskytovatel ZP v souladu s určeným účelem použití dle § 4 zák. 123/2000Sb.	☒	☐
Předložil poskytovatel návod k použití pro uvedený ZP	☒	☐
Předložil poskytovatel záznamy o odborných kontrolách uvedeného ZP dle § 28 zák. 123/2000 Sb.	☒	☐
Splňuje ZP podmínky zák. 123/2000 Sb., je vhodný, bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro než je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí	☒	☐

Hodnocení stavu ZP: <i>VYHOVUJE</i>	
Termín příští kontroly ZP: <i>4/2009</i>	
V: <i>P12N</i>	Dne: <i>46/4. 2008</i>
Předal: <i>VOKOUN</i> (Jméno, podpis, razítko)	Převzal: <i>P12N</i> (Jméno, podpis, razítko)

CHEIRÓN a.s.

Sídlo: Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
Provozovna: Blatenská 1073/27a, 326 00 Písek
Tel.: 377 590 411, Fax: 377 590 435
IČ: 27094987, DIČ: CZ27094987

Právník: *P12N*
odbor hlavního mechanika
inspekce oprav

Dr. Pavlová, 775 20 OLOMOUC
tel: 583 443 125, fax: 588 442 529