

**Kontrolní protokol PBTk**

(o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku dle § 27 zákona č.123/2000 Sb. v platném znění)

Protokol číslo : **PK08/VJ/339**

k výkazu práce číslo: 034785

Inventární čís. D026259-000

Název přístroje: NE-U12	Výrobní číslo : 60500077	Čís.zák. /208 08
Výrobce : OMRON	Třída el. bezp. : I.	Typ : BF
Provozovatel :	adresa : FN Olomouc	
	oddělení : Otolaryngologická klinika; JIP 14C	

**1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje****Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou**

P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Vyhovuje	Nevyhovuje
1.1.	Síť - přístupná část	0,02 mA	1,0 mA	Vyhovuje	
1.2.	Síť - příložná část typu F	0,00 mA	0,5 mA	Vyhovuje	
1.3.	Přístupná část - příložná část typu F	0,00 mA	5,0 mA	Vyhovuje	

**Kontrola přechodového odporu**

1.4.	Přístroj + odpojitelý přívod	0,09 Ω	0,3 Ω	Vyhovuje	
------	------------------------------	--------	-------	----------	--

**2. Kontrola funkčních parametrů přístroje**

P.č.	Popis provedeného úkonu	Vyhovuje	Nevyhovuje
2.1.	Prohlídka přístroje - vizuální kontrola	Vyhovuje	
2.2.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje	
2.3.	Kontrola síťové části včetně pojistek	Vyhovuje	
2.4.	Kontrola nastavení, funkce, ovládání a signalizace	Vyhovuje	
2.5.	Funkční zkouška dle předpisu výrobce-dovozce	Vyhovuje	

**3. Poznámky, připomínky, doporučení**

Bez připomínek.

**4. Závěr****Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.****Použité měřicí přístroje přístroje (název, typ, v.č.) :**

MEDITEST 50 v.č. 980442, Multimetr Metex M-4950CR EF 711828, Osciloskop KIKUSUI 28070426

Datum provedení kontroly : 11.11.2008

Datum příští PBTk do : **11/2009**

Kontrolu provedl

: **Jan Vojkovský** *Jan Vojkovský*  
(jméno a podpis)

Protokol převzal

: *Procházka*  
(datum, jméno a podpis)**CHIRONAX**  
**Frýdek-Místek s.r.o.**Revoluční 1280  
738 01 Frýdek-Místek

11-11-2008