


MEDISTELLAR s.r.o., Hankeho 247, 769 01 HOLEŠOV, Česká republika

MEDISTELLAR GmbH, Alte Landstrasse 11, CH – 6314 UNTERAEGGERI
Switzerland telefon +41 41 752 04 52 fax + 41 41 752 04 54



Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

REVIZNÍ PROTOKOL
ze dne 14.4.2008

Typ přístroje: Terapeutický laser MED 100N

Výrobce: Lasotronic

Výrobní číslo přístroje: S/N 5330020N **Inventární číslo:** I017329

Typ laser. modulu: 30mW/830nm **Laserová třída:** 3B

Na základě normy EN 60825 byla provedena revizní prohlídka výše uvedeného přístroje. Přístroj byl kompletně proměřen a důkladně otestován. Byla provedena kontrola všech bloků přístroje, konektorů, přepínačů a neporušenosti izolace vodičů. Samostatně byla prohlédnuta a proměřena síťová šňůra.

Součástí prohlídky bylo posouzení elektrické bezpečnosti dle EN60 601-1, laserové bezpečnosti dle 60 825-1, změření laserového výkonu, vyčištění a nastavení přístroje.

Přístroj vyhovuje platným normám a předpisům

Termín následující prohlídky: do 14.4.2009

Revizní prohlídku provedl: Petr Mynařík

MEDISTELLAR s.r.o.
Hankeho 247
769 01 HOLEŠOV
IČ 634 97 697
DIČ CZ63497697

Bankovní spojení: Citibank Praha
5009685002/2600

IČ: 63497697
DIČ: CZ63497697

Telefon
573 395 069

E-mail: servis@medistellar.com
www.medistellar.com