



Protokol o výsledku technické kontroly

ČÍSLO: 0206111

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc	Dodavatel: CZ Biosystems s.r.o.
I. P. Pavlova 6	Přerovská 426
Olomouc 775 20	768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00098892	IČO: 262 24 160 DIČ: CZ26224160
DIČ: CZ00098892	TEL/FAX: 571 675 559, 776 571 767

DATUM PROHLÍDKY	VYŘIZUJE	PROHLÍDKU PROVEDL	OBJEDNÁVKA	DODÁNO
21. 12. 2006	Stanislav J.	Stanislav J.		

Zpracoval:
Jiří Stanislav

Potvrzení zákazníka:

CZ Biosystems s.r.o.
Přerovská 426
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: 776 571 767 fax: 571 675 559
IČ: 26224160 • DIČ: CZ26224160
www.biosystems.cz

Vytvořeno
Datum

Bystřice pod Hostýnem
21. 12. 2006

Výsledky technické kontroly dle Zákona č. 346/2003 Sb. paragrafu 52 provedené na základě objednávky č. DO 8853 ze dne 14. 12. 2006:

LASER MED 100 N (VÝR. Č. 5330020N)

- výkon:

- infračervený paprsek - na diodě 30 mW

- na výstupu z optiky 26,5 mW

+ vnitřní kontrola výkonu přístroje

- optika - čistá, nepoškozená, uchycení plně funkční

- ovládání - plně funkční, display - funkční, ovládací tlačítka - funkční

- časovač - plně funkční

- mechanické části - nepoškozeny

- volba a činnost frekvencí - funkční

- napájení - síťový adapter - funkční, napájení bateriemi - funkční

- bezpečnostní prvky:

- všechny dostupné možnosti vypnutí - funkční

- pojistka u aplikačních hlavic - funkční

- uzamčení - funkční

- světelná signalizace chodu - funkční

- zvuková signalizace chodu - funkční

- ochranné brýle - nepoškozeny (2 ks)

Provedena kompletní prohlídka. Přístroj je plně funkční a odpovídá parametrům od výrobce.

Příští kontrola přístroje:

prosinec 2007