



**Protokol**  
**o bezpečnostně technické kontrole**  
**zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje**

Poskytovatel zdravotní péče: FN Olomouc

Umístění ZP: ORL klinika

Inv.č.: 013877

Název ZP: vyšetřovací mikroskop

Typ: OPMI 120

Výrobce: Carl Zeiss

Výr.č.: 156762

Druh kontroly a měření:	Výsledek	Poznámka
stav mechanických funkcí a částí	vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>	mírné vůle
stav elektrických funkcí a částí	vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>	
stav optiky	vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>	
kontrola el. Bezpečnosti Meditest 50 – v.č.: 204 018	vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>	

**Celkový stav přístroje**

**vyhovuje / ~~nevyhovuje~~**

pro použití k výrobcem stanovenému účelu při poskytování zdravotní péče a ~~je~~ **není** funkční a bezpečný.

Termín následné kontroly: 22.6.2008

Zhotovitel: Carl Zeiss spol.s r.o.

Kontrolu provedl: Vejražka Kamil

**Carl Zeiss spol. s r.o.**  
Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5  
DIČ: CZ49356691  
Tel.: (+420) 233 101 221  
Fax: (+420) 233 101 223

22. 6. 2007 *F. Vejražka*

-----  
Razítko a podpis