

377 12/2009

OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Po ukončení servisních prací dle servisního výkazu 5011 1254

bylo při přezkoušení zjištěno následující:

Přístroj:

název: CP 11 212

výrobce: JEDA

výrobní číslo: 4059 (199) inv. č.: 2013800

odpovídá po vyčištění a seřízení svými vlastnostmi z hlediska funkce a přesnosti parametrům stanoveným v technické dokumentaci výrobce.

Poznámka: Uvedené mikroskopy neohrožují bezpečnost obsluhy. K měření odporu ochr. vodiče RPE, izolačního odporu Riso a unikajícího proudu Id dle ČSN byl použit přístroj PU 184 v.č. 168156019.
Příští pravidelný servis a měření dle ČSN musí být proveden do 12 měsíců.

Měření provedl: Pavel Váňa

V Olomouci: 12.12.2009

Podpis: [Signature]

