

# HOSPIMED

## Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle § 52 zákona č. 346/2003 Sb. a provedení periodické bezpečnostně technické kontroly dle § 27 zákona č. 346/2003 Sb.

Zákazník FM OLOMOUČ  
ORC ambulance  
 Příklad: SERVANT - vyšetřovací přístroj  
 Typ SOR. 0000.000  
 Výrobní číslo KD 942509901

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funkční kontrola
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Test ovládacích tlačítek
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrola nastavení
<b>Bezpečnostní test - měření</b>		

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část 0,99 mA	max. 1 mA
	Příložná část 0,249 mA	max. 0,5 mA
Izolační odpor	> ∞ MΩ	min. 7 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,04 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsanými výrobcem.  
 Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další  
 používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č. 200035	

Technik : ELIÁŠ

Podpis : *Eliaš*

**HOSPIMED**, spol. s r.o.  
 ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51  
 Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 501  
 DIČ: CZ00676853

Provedeno dne : 16. 11. 06

Datum příští kontroly : 11/2007