

Název přístroje: SMT BM 2002 GYN/SURG – VF generátor Výrobní číslo : 667/2005 Ev.č. I022819-000

Výrobce: Speciální Medicínská Technologie s.r.o. ČR Třída el. bezp. : II. Typ : BF

Provozovatel :
adresa : FN Olomouc I.P.Pavlova 6 ,Olomouc
oddělení : Otolaryngologická klinika, operační sál**1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje****Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou**

P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Sít - přístupná část	0,00 mA	0,50 mA	Vyhovuje
1.2.	Sít - příložná část	0,007 mA	0,50 mA	Vyhovuje
1.3.	Přístupná část - příložná část	0,005 mA	5,00 mA	Vyhovuje

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje



P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek
2.1.	Kontrola neporušenosti ovládacích prvků na panelu	Vyhovuje
2.2.	Kontrola stavu konektorů	Vyhovuje
2.3.	Kontrola neutrální elektrody	Vyhovuje
2.4.	Kontrola šňůr s držáky elektrod	Vyhovuje
2.5.	Kontrola nožního spínače	Vyhovuje
2.6.	Kontrola optické a akustické signalizace	Vyhovuje
2.7.	Kontrola výstupního výkonu v jednotlivých režimech	Vyhovuje
2.8.	Kontrola příslušenství	Vyhovuje

3. Poznámky, připomínky, doporučení

Bez připomínek

4. Závěr**Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.****Použité měřicí přístroje přístroje (název,typ, v.č.) :**

MEDITEST 50 v.č.200 350, Multimetr METEX M-4650CR v.č.EF711836, Osciloskop KIKUSUI v.č.28070426,

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
úspěšně opravI.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529Datum provedení kontroly : **31.3.2008**Datum příští PBTK : **03/2009**Kontrolu provedl (jméno a podpis) : **Jiří Ištuk****CHIRONAX**
Frýdek-Místek s.r.o.
Revoluční 1280
738 01 Frýdek-MístekProtokol převzal : 
(datum, jméno a podpis)

- 1 -04- 2008