

# ASKIN & CO

M E D I C A L T E C H N O L O G Y

ASKIN & CO. s.r.o.

Palackého 50  
741 01 Nový Jičín  
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420-556-701782

Fax: +420-556-703001

E-mail: [askin@askin.cz](mailto:askin@askin.cz)

Web: [www.askin.cz](http://www.askin.cz)

## Protokol o technické kontrole 37/2008

**Přístroj:** *Parní sterilizátor STATIM 5000*  
**Výrobce:** *SciCan*  
**Sériové číslo:** *5217AD2502*  
**Inventurní číslo:** *I019022-000*  
**Třída ochrany:** *I*

**Pracoviště:** *Fakultní nemocnice Olomouc*  
*Otolaryngologická klinika*  
*I. P. Pavlova 6*  
*Olomouc*  
**IČ:** *00098892*

Dne 16.5.2008 byla provedena kontrolní servisní prohlídka na výše uvedeném přístroji. Kontrola byla provedena přístrojem **Illko Revex 2051, SN:0501448**. Při měření byly naměřeny tyto hodnoty:

$R_p$ při 10A [ $\Omega$ ]:	0,20
$I_{PE}$ [mA]:	0,13
$R_{iso}$ [M $\Omega$ ]:	větší než 20

U přístroje byla provedena kalibrace sterilizačních cyklů.

Revidovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Přístroj **vyhovuje** všem parametrům ve smyslu Zákona č. 123/2000 Sb. §27, §28 a je možné jej nadále používat.

Příští prohlídka nejpozději 16.5.2009.

V Novém Jičíně dne 19.5.2008

Ing. Roman Bělík  
servisní technik  
Askin & Co. s.r.o.