



Protokol
o bezpečnostně technické kontrole
zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje

V souladu se Zákonem 123/2000 Sb. § 52.

Poskytovatel zdravotní péče: Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Umístění ZP: Oční ambulance I

Inv.č.: C005177-000

Název: Štěrbínová lampa

Typ: 990-3x

Výrobce: CSO

Výr.č.: 05120209

Druh kontroly a měření	---	Výsledek	---	Poznámka
stav mechanických funkcí a částí		vyhovuje / nevyhovuje		bez závady
stav elektrických a elektronických funkcí a částí		vyhovuje / nevyhovuje		bez závady
stav optiky		vyhovuje / nevyhovuje		poškrábané zrcátko, doporučena výměna při následující prohlídce
kontrola el. bezpečnosti		vyhovuje / nevyhovuje		Izolační odpor >20MΩ Přechodový odpor 0.12Ω
Meditest 50 – v.č.: 204027				

Celkový stav přístroje vyhovuje / ~~nevyhovuje~~ pro použití k výrobcem stanovenému účelu při poskytování zdravotní péče a je / ~~není~~ funkční a bezpečný.

Termín následné kontroly: 4. 5. 2008

Zhotovitel: CMI, s.r.o.

Kontrolu provedl dne: 4. 5. 2007


Ing. Lukáš Chmelka

.....
Jméno a podpis