



ANB T

Protokol
o bezpečnostně technické kontrole
zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje
V souladu se Zákonem 123/2000 Sb. § 52.

Poskytovatel zdravotní péče: Fakultní nemocnice Olomouc

Umístění ZP: oční klinika, ambulance

Inv.č.: C005177-000

Název ZP: šterbinová lampa

Typ: CSO SL990 3X

Výrobce: CSO

Výr.č.: 05120209


Druh kontroly a měření	---	Výsledek	---	Poznámka
stav mechanických funkcí a částí		vyhovuje / nevyhovuje		
stav elektrických a elektronických funkcí a částí		vyhovuje / nevyhovuje		
stav optiky		vyhovuje / nevyhovuje		
kontrola el. bezpečnosti		vyhovuje / nevyhovuje		odpor ochranného uzemňovacího vodiče 0,25Ohm hodnota izolačního odporu >20 Mohm
Meditest 50 – v.č.: 204027				

Celkový stav přístroje vyhovuje / ~~nevyhovuje~~ pro použití k výrobcem stanovenému účelu při poskytování zdravotní péče a je / ~~není~~ funkční a bezpečný.

Termín následné kontroly: 5.6.2009

Zhotovitel: CMI, s.r.o.

Kontrolu provedl dne: 5.6.2008


CMI s.r.o.
Meteor Centre-Office Park
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8
IČO: 471 7720
DIČ: CZ47117020
www.cmi.sk