

ASKIN & CO

M E D I C A L T E C H N O L O G Y

ASKIN & CO. s.r.o.
Palackého 50
741 01 Nový Jičín
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420-556-701782
Fax: +420-556-703001
E-mail: askin@askin.cz
Web: www.askin.cz

Protokol o technické kontrole 013/2005

Přístroj: *Indirektní oftalmoskop Keeler Spectra*
Sériové číslo: *015924, akumulátor M022178*
Třída ochrany: *II B*

Pracoviště: Fakultní nemocnice Olomouc
Oční klinika
I. P. Pavlova 6
Olomouc
DIČ: 00098892

Dne 18.7.2005 byla provedena kontrolní servisní prohlídka na výše uvedeném přístroji. Kontrola byla provedena přístrojem **Gossen Metrawatt, Secutest S III, SN: M 7010 B01 K A01 KB01**. Při měření nepřímou metodou byly naměřeny tyto hodnoty:

RPE [W]:	0,02
$I_{out,max}$ [mA]:	0,081
R_{iso} [MW]:	větší než 20

Revidovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Přístroj **vyhovuje** všem parametrům ve smyslu Zákona č. 123/2000 Sb. §52 a je možné jej nadále používat. Příští prohlídka nejpozději 18.7.2006.

V Olomouci dne 18.7.2005

Ing. Roman Bělík
servisní technik
Askin & Co. s.r.o.



Askin & Co. s.r.o.
sídlo: Slovanská 934/6
provozovna: Palackého 50
741 01 NOVÝ JIČÍN
DIČ: CZ48399965