

Steripak s.r.o.

Poděbradova 849

664 42 Modřice

telefon: 547 422 240

fax: 547 422 248

e-mail: info@steripak.cz

http://www.steripak.cz

Místo instalace: FN Olomouc

Oddělení oční sály

I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc

n.s. 1421

Protokol o preventivní prohlídce

Datum: 05.05.2005

servisní technik: Igor Palán

Typ stroje: DUR DENTAL

výrobní číslo: N002521 i.č 038139

Provedené úkony:

1. seřízení a celkové vyčištění přístroje
2. promazání převodů
3. seřízení přitlaku
4. seřízení posuvu

Závěr:

Přístroj je schopný provozu ,a je ve velmi dobrém stavu



Poděbradova 849, 664 42 Modřice
tel.: 547 422 240, fax: 547 243 603
IČ: 26225484, DIČ: CZ26225484

Servisní technik:
(razítko, podpis)



ALC 142 1

i.c. 038139

89	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ	14/30
301	I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc	
	588 441 111	
	Oční klinika	
142	Ambulance 705	
	Přednosta: Doc. MUDr. JIŘÍ ŘEHÁK, CSc.	

tel.: 547 422 240
fax: 547 422 248
servis: 547 422 249
mobil: 603 237 075