



V Hůrkách 10, 158 00 Praha 5
tel.: 235 520 811, 235 520 841
fax: 235 520 890
e-mail: office@cz.cmi.sk

Přístroj: CANON RK-3

S/N: 500364

Zákazník: FN Olomouc

model	testované hodnoty		naměřené hodnoty		tolerance	
	SPH	CYL	SPH	CYL	SPH	CYL
+20	+19,96	0	+20,00	-0,09	+/- 0,45	0 - 0,45
+15	+14,87	0	+14,90	-0,15	+/- 0,40	0 - 0,40
+10	+9,93	0	+9,90	-0,05	+/- 0,35	0 - 0,35
+7	+6,96	0	+6,98	-0,05	+/- 0,32	0 - 0,32
+3	+3,03	0	+3,07	-0,08	+/- 0,28	0 - 0,28
0	+0,01	0	+0,03	-0,03	+/- 0,25	0 - 0,25
-3	-3,01	0	-2,91	-0,22	+/- 0,28	0 - 0,28
-7	-7,04	0	-6,98	-0,05	+/- 0,32	0 - 0,32
-10	-10,09	0	-10,00	-0,07	+/- 0,35	0 - 0,35
-15	-15,08	0	-14,95	-0,16	+/- 0,40	0 - 0,40
-20	-19,79	0	-19,63	-0,27	+/- 0,45	0 - 0,45
-25	-24,75	0	-24,80	-0,27	+/- 0,75	0 - 0,75

Výsledek: Přístroj odpovídá standardům výrobce ve všech rozsazích měření.

Datum provedení: 8.8.2005

Další doporučená: 8.8.2006

servisní technik



V Hůrkách 10, 158 00 Praha 5
tel.: 235 520 811, 235 520 841
fax: 235 520 890
e-mail: office@cz.cmi.sk

Přístroj: CANON RK-3

S/N: 500364

Zákazník: FN Olomouc

model R [mm]	naměřené hodnoty [mm]		tolerance [mm]	
	R1	R2	ΔR	R2-R1
5,780	5,790	5,800	+/- 0,05	+/- 0,05
6,520	6,540	6,530	+/- 0,05	+/- 0,05
7,335	7,340	7,330	+/- 0,05	+/- 0,05
8,087	8,080	8,070	+/- 0,05	+/- 0,05
8,896	8,890	8,880	+/- 0,05	+/- 0,05
9,470	9,480	9,460	+/- 0,05	+/- 0,05

Výsledek: Přístroj odpovídá standardům výrobce ve všech rozsazích měření .

Datum provedení: 8.8.2005

Další doporučení: 8.8.2006

.....
servisní technik