



V Hůrkách 10, 158 00 Praha 5
 tel.: 235 520 811, 235 520 841
 fax: 235 520 890
 e-mail: office@cz.cmi.sk

Přístroj: CANON RK-3

S/N: 500364

Zákazník: FN Olomouc

model R [mm]	naměřené hodnoty [mm]		tolerance [mm]	
	R1	R2	ΔR	R2-R1
5,780	5,780	5,780	+/- 0,05	+/- 0,05
6,520	6,530	6,530	+/- 0,05	+/- 0,05
7,335	7,340	7,340	+/- 0,05	+/- 0,05
8,087	8,096	8,087	+/- 0,05	+/- 0,05
8,896	8,895	8,895	+/- 0,05	+/- 0,05
9,470	9,470	9,470	+/- 0,05	+/- 0,05

Výsledek:

Přístroj odpovídá standardům výrobce ve všech rozsazích měření .

Datum provedení: 3.8.2006

Další doporučená: 3.8.2006

.....
 servisní technik



V Hůrkách 10, 158 00 Praha 5
 tel.: 235 520 811, 235 520 841
 fax: 235 520 890
 e-mail: office@cz.cmi.sk

Přístroj: CANON RK-3

S/N: 500364

Zákazník: FN Olomouc

model	testované hodnoty		naměřené hodnoty		tolerance	
	SPH	CYL	SPH	CYL	SPH	CYL
+20	+19,96	0	+19,98	-0,06	+/- 0,45	0 - 0,45
+15	+14,87	0	+14,97	-0,14	+/- 0,40	0 - 0,40
+10	+9,93	0	+9,95	-0,05	+/- 0,35	0 - 0,35
+7	+6,96	0	+7,02	-0,05	+/- 0,32	0 - 0,32
+3	+3,03	0	+3,08	-0,06	+/- 0,28	0 - 0,28
0	+0,01	0	+0,05	-0,03	+/- 0,25	0 - 0,25
-3	-3,01	0	-2,90	-0,14	+/- 0,28	0 - 0,28
-7	-7,04	0	-6,98	-0,06	+/- 0,32	0 - 0,32
-10	-10,09	0	-9,97	-0,08	+/- 0,35	0 - 0,35
-15	-15,08	0	-14,92	-0,18	+/- 0,40	0 - 0,40
-20	-19,79	0	-19,63	-0,25	+/- 0,45	0 - 0,45
-25	-24,75	0	-24,81	-0,29	+/- 0,75	0 - 0,75

Výsledek:

Přístroj odpovídá standardům výrobce ve všech rozsazích měření.

Datum provedení: 3.8.2006

Další doporučení: 3.8.2007

.....
 servisní technik