

HNS mechanix s.r.o. Autorizované metrologické středisko
 Zkušebna Schiotzových a aplanačních Goldmannových očních tonometrů
 Havlíčkova 2788, 767 01 Kroměříž

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Měřidlo: **APLANAČNÍ OČNÍ TONOMETR**

Výrobce: **HAAG-STREIT, Švýcarsko**

Výrobní číslo **24289**

Typ měřidla: **HAAG-STREIT AT 900**

Nové ověření provedeno: **28.5.2008**

Poslední ověření provedeno: . .

Měřicí rozsah: 0 - 78,48 mN / 0 - 10,66 kPa pro apl. prům. 3,06mm/ :

Zkouška: provedena podle zkušebního protokolu předmětného měřidla normy ISO DIN 8612 a metodiky PJ č.1/100/2002, Příloha č.41

Použité etalony a kalibrace: podle metodiky PJ č.1/001/2002, Příloha č.09/2

Vlastník měřidla: **Fakultní nemocnice Olomouc**

Měřidlo vyhovělo výše uvedeným požadavkům pro předmětné měřidlo v souladu s § 9, odst.2 zákona o metrologii č.505/1990 Sb. ve znění zákona č.119/2000 Sb. a § 6 vyhlášky MPO č.262/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb. bylo opatřeno úřední značkou a letopočtem K1 na místech určených v certifikátu o schválení typu.

Zkoušel : **Marek Šprňa**



V Kroměříži dne : **28.5.2008**

Vedoucí AMS:

Toto potvrzení se vydává jako doklad o úředním ověření stanoveného měřidla.

Upozornění :

Platnost ověření tohoto stanoveného měřidla je vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále MPO) č. 345/2002 Sb. pol.2.3.1a) přílohy ve znění vyhlášky č.65/2006 Sb. stanovena na jeden rok.

Platnost ověření zaniká dále v případech uvedených v § 7, odst.2, písm.b/až e/ vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb.

Platnost tohoto ověření zaniká, jestliže :

- uplynula doba platnosti tohoto ověření
- byly provedeny jakékoliv změny, či úpravy měřidla
- měřidlo bylo poškozeno
- byla znehodnocena nebo odstraněna úřední značka K1
- při ztrátě metrologických vlastností