

unl. Sterbio 2.04 AT J. K. K. K.

HNS mechanix s.r.o. Autorizované metrologické středisko
Zkušebna Schiötzových a aplanačních Goldmannových očních tonometrů
Havlíčková 2788, 767 01 Kroměříž

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Měřidlo: **APLANAČNÍ OČNÍ TONOMETR**

Výrobce: CARL ZEISS JENA, SRN

Typ:

RSL

Výrobní číslo:

901192

Poslední ověření provedeno:

Měřicí rozsah: 0 – 78,48 mN / 0 – 10,66 kPa pro apl. Ø 3,06mm/

Zkouška: provedena podle zkušebního protokolu ZEISS, normy ISO DIN 8612
a metodiky PJ č. 1/001/2002, Příloha č. 41

Použité etalony a kalibrace: podle metodiky PJ č. 1/001/2002, Příloha č. 09/2

Vlastník měřidla: Fakultní nemocnice v Olomouci

Měřidlo vyhovělo výše uvedeným požadavkům pro Aplanační oční tonometr ZEISS v souladu s §9, odst. 2 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a §6 vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb. ve znění vyhlášky 344/2002 Sb. bylo opatřeno úřední značkou a letopočtem K1 na místech určených v certifikátu o schválení typu.

Zkoušel: Šprňa J.



V Kroměříži dne: 2.7.2004

Kulaté razítko

Vedoucí AMS:

Toto potvrzení se vydává jako doklad o úředním ověření stanoveného měřidla.

Upozornění:

Platnost ověření tohoto stanoveného měřidla je vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále MPO) č. 345/2002 Sb. pol. 2.3.1a) přílohy stanovena na jeden rok. Platnost ověření zaniká dále v případech uvedených v §7, odst. 2, písm. b/ až e/ vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb.

Platnost tohoto ověření zaniká, jestliže:

- uplynula doba platnosti tohoto ověření
- byly provedeny jakékoliv změny, či úpravy měřidla
- měřidlo bylo poškozeno
- byly znehodnocena nebo odstraněna úřední značka K1 při ztrátě metrologických vlastností