

HNS mechanix s.r.o. Autorizované metrologické středisko

Zkušebna Schiötzových a aplanačních Goldmannových očních tonometrů
Havlíčková 2788, 767 01 Kroměříž

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Měřidlo: APLANAČNÍ OČNÍ TONOMETR

Výrobce: CARL ZEISS JENA, SRN

Typ:

RSL

Výrobní číslo:

901192

Nové ověření provedeno:

12.9.2007

Poslední ověření provedeno:

2006

Měřicí rozsah: 0 – 78,48 mN / 0 - 10,66 kPa pro apl. Ø 3,06mm/

Zkouška: . provedena podle zkušebního protokolu ZEISS, normy ISO DIN 8612
a metodiky PJ č.1/001/2002, Příloha č.41

Použité etalony a kalibrace: podle metodiky PJ č.1/001/2002, Příloha č.09/2

Vlastník měřidla: Fakultní nemocnice Olomouc

Měřidlo vyhovělo výše uvedeným požadavkům pro Aplanační oční tonometr ZEISS v souladu s §9, odst.2 zákona o metrologii č.505/1990 Sb. ve znění zákona č.119/2000 Sb. a §6 vyhlášky MPO č.262/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb. bylo opatřeno úřední značkou a letopočtem K1 na místech určených v certifikátu o schválení typu.

Zkoušel: Šprňa Marek



V Kroměříži dne: 13.9.2007

Kuláč Václav

Vedoucí AMS:

Toto potvrzení se vydává jako doklad o úředním ověření stanoveného měřidla.

Upozornění:

Platnost ověření tohoto stanoveného měřidla je vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále MPO) č.345/2002 Sb. pol.2.3.1a) přílohy ve znění vyhlášky č.65/2006 sb. stanovena na jeden rok.

Platnost ověření zaniká dále v případech uvedených v §7, odst.2, písm.b/ až e/ vyhlášky MPO č.262/2000 Sb. ve znění vyhlášky č.344/2002 Sb.

Platnost tohoto ověření zaniká, jestliže:

- uplynula doba platnosti tohoto ověření
- byly provedeny jakékoliv změny, či úpravy měřidla
- měřidlo bylo poškozeno
- byly znehodnocena nebo odstraněna úřední značka K1
- při ztrátě metrologických vlastností