

Protokol o kontrole elektrického zdravotnického přístroje dle zák. 123/2000 Sb

Název přístroje:	foliovač projekční	Inventurní číslo:	I 022 235
Majitel přístroje:	FN Olomouc	Kategorie používání:	I
Výrobce:		Carl Zeiss	
Typové označení:		SBM 210	Un [V]
			220
		In [A]	0,15
rok výroby:		Pn [W]	30
		Výrobní číslo:	172345
		třída ochrany:	I

Datum kontroly	Podmínky měření			Izolační stav - náhradní měření				Výsledek kontroly	Kontrolu provedl												
	Sestava *1	Délka [m]	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče-u tř.l. [Ohm]	Metoda *2	síťová část přístupná část	síťová část příložená část		příložená část přístupná část	Jméno	Podpis										
14.3.2007	0	3	Cu	005	N	<001															
19.3.2008	0	3	Cu	010	N	<001															

*1 S-přístroj měřen samostatně (nepřipojují se následující sloupce: "délka [m]" a "materiál síťového přívodu")

P-přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem
 O-přístroj s odpojitelým síťovým přívodem
 kontrola provedena přístrojem MEDITEST 50, č. kalibr. protokolu: 00162/1M50

*2 N-měření náhradního unikajícího proudu
 U-přímé měření unikajícího proudu
 R-měření rozdílového proudu