


Zhotovitel:
 OCULUS, spol. s r.o.
 Pardubická 765
 500 04 Hradec Králové
 tel/fax: 495531140, 495531145
 IČO:48152340 DIČ:CZ48152340



PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE PŘÍSTROJE

dle zákona č. 123/2000

Pracoviště	Fakultní nemocnice Olomouc oční klinika I. P. Pavlova 6 775 20 OLOMOUC	
Název přístroje	Argonový laserový fotokoagulátor AC-2300	
Výrobce	NIDEK	
Výrobní číslo:	23423	Inventární číslo: 18560
Zevní kontrola přístroje – v pořádku	<u>ano</u> ne	
Funkční kontrola přístroje – v pořádku a ovládacích prvků	<u>ano</u> ne	
Hodnoty dílčí elektrické revize: (měření provedeno přístrojem MediTest 50 v.č. 200066)		
$R_{\text{izolační}} = > 20 \text{ M}\Omega$ $R_{\text{přech.}} = < 0,2 \Omega$ $I_{\text{un.}} = < 0,5 \text{ mA}$		
Poznámky:		
Vyzářený výkon laseru je v toleranci +/- 15% v rozsahu 100–1000mW. Vzhledem k stáří laseru a jeho opotřebování nelze vyzářit vyšší výkon (v praxi však není potřeba, dosahovaný výkon laseru dosud vyhovuje praktické potřebě). měřicí přístroj FieldMaster v.č.FI 28		
Závěr:		
Zdravotnický prostředek <u>je</u> není funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.		
Předepsaná kontrola od výrobce	1 x ročně	
Doporučená kontrola od výrobce	1 x za dva roky	
Kontrolu provedl/i: P. Rezler		
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy k této činnosti. <div style="text-align: center;"> OCULUS, spol. s r. o. Pardubická 765 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ </div>		
Dne:	27.1.2006	