


OCULUS, spol. s r.o.
 Pardubická 765
 500 04 Hradec Králové
 tel/fax: 495531140, 495531145
 IČO:48152340 DIČ:CZ48152340



P R O T O K O L O T E C H N I C K É K O N T R O L E P Ř Í S T R O J E

Název přístroje	Argonový laserový fotokoagulátor AC-2300		
Výrobní číslo	23423		
Zevní kontrola přístroje – v pořádku		<u>ano</u>	ne
Funkční kontrola přístroje – v pořádku		<u>ano</u>	ne
Hodnoty dílčí elektrické revize:			
R _{izolační} = > 5 MΩ		R _{přech.} = < 0,2 Ω	
Poznámky: Přístroj je schopen bezpečného provozu.			
Předepsaná kontrola od výrobce	(1 x ročně)		
Doporučená kontrola od výrobce	1 x za dva roky	není stanovena	
Kontrolu provedl/i: P; Rezler			
<p>OCULUS, spol. s r. o. Pardubická 765 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ</p>			
Dne: 28.2.2005			