Protokol
o bezpečnostně technické kontrole
zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje

Poskytovatel zdravotní péče: FN Olomouc

Umístění ZP: Oční klinika- ambulace — Inv.č.: C 003215-000

Název ZP: PDT Laser — Typ: Visulas 690s

Výrobce: Carl Zeiss — Výr.č.: 844109

Druh kontroly a měření:	**Výsledek**	**Poznámka**
stav mechanických funkcí a částí	vyhovuje / ~~nevyhovuje~~	....
stav elektrických a elektronických funkcí a částí	vyhovuje / ~~nevyhovuje~~	....
stav optiky	vyhovuje / ~~nevyhovuje~~	....
kontrola el. Bezpečnosti Meditest 50 – v.č.: 200 267	vyhovuje / ~~nevyhovuje~~	....

Celkový stav přístroje — **vyhovuje / ~~nevyhovuje~~**

pro použití k výrobcem stanovenému účelu při poskytování zdravotní péče a **je** /~~**není**~~ funkční a bezpečný.

Termín následné kontroly: 16.8.2008

Zhotovitel: Carl Zeiss spol.s r.o.

Kontrolu provedl: František Hudeček
dne: 16.8.2007

Carl Zeiss spol. s r.
Radlická 14/3201, 150 00 Praha
DIČ: CZ45793891
Tel.: (+420) 233 101 221
Fax: (+420) 233 101 223

Razítko a podpis