



Zhotovitel:
 OCULUS, spol. s r.o.
 Pardubická 765
 500 04 Hradec Králové
 tel/fax: 495531140, 495531145
 IČO:48152340 DIČ:CZ48152340



PROTOKOL
O TECHNICKÉ KONTROLE PŘÍSTROJE
 dle zákona č. 123/2000

Pracoviště	Fakultní nemocnice Olomouc oční klinika I. P. Pavlova 6 775 20 OLMOUC	
Název přístroje	Nd:YAG laser YC-1300	
Výrobce	NIDEK	
Výrobní číslo:	31010	Inventární číslo: I018560-000
Zevní kontrola přístroje – v pořádku	<input checked="" type="checkbox"/> ano ne	
Funkční kontrola přístroje – v pořádku a ovládacích prvků	<input checked="" type="checkbox"/> ano ne	
Hodnoty dílčí elektrické revize: (měření provedeno přístrojem MediTest 50 v.č. 200066)		
$R_{izolační} = >20M\Omega$ $R_{přech.} = <0,2\Omega$ $I_{un.} = <0,5mA$		
Poznámky: Vyzářená energie laseru je v toleranci +/- 10% v celém rozsahu (do 1 mJ v toleranci +/- 10% +/- 0,1mJ). měřicí přístroj FieldMaster v.č.FI 28		
Závěr: Zdravotnický prostředek <input checked="" type="checkbox"/> je ne funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.		
Předepsaná kontrola od výrobce	1 x ročně	
Doporučená kontrola od výrobce	1 x za dva roky	
Kontrolu provedl/i: P. Rezler		
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy k této činnosti.		
 OCULUS , spol. s r. o. Pardubická 765 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ		
Dne: 27.1.2006		