



Zhotovitel:
OCULUS, spol. s r.o.
Pardubická 765
500 04 Hradec Králové
tel/fax: 495531140, 495531145
IČO:48152340 DIČ:CZ48152340

PREVENTIVNÍ PROHLÁŠENÍ



PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE PŘÍSTROJE

dle zákona č. 123/2000, 346/2003 Sb.

Pracoviště	Fakultní nemocnice Olomouc Oční klinika I. P. Pavlova 6 775 20 OLOMOUC	
Název přístroje	Nd:YAG laser YC-1300	
Výrobce	NIDEK	
Výrobní číslo:	31010	Inventární číslo: I018560-000
Zevní kontrola přístroje – v pořádku	ano	
Funkční kontrola přístroje – v pořádku a ovládacích prvků	ano	
Hodnoty dílčí elektrické revize: (měření provedeno přístrojem MediTest 50 v.č. 200066)		
$R_{\text{izolační}} > 20\text{M}\Omega$	$R_{\text{přech}} < 0,2\Omega$	$I_{\text{un}} < 0,5\text{mA}$
Poznámky: Vyzářená energie laseru je v toleranci +/- 10% v celém rozsahu (do 1 mJ v toleranci +/- 10% +/- 0,1 mJ).		
Závěr: Zdravotnický prostředek je funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.		
Předepsaná kontrola od výrobce	1 x ročně	
Doporučená kontrola od výrobce		
Kontrolu provedl/i: Ing. Z. Siegel, P. Režler 		
OCULUS , spol. s r. o. Pardubická 765 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ		
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy k této činnosti.		
Dne: 6.5.2008		