

Protokol o kontrole elektrického zdravotnického přístroje dle zák. 123/2000 Sb

Název přístroje: <i>oftalmoskop kůen'</i>		Inventární číslo: <i>I 012 117</i>		Výrobce: <i>Carl Zeiss</i>		rok výroby: <i>10</i>		výrobní číslo: <i>118887</i>	
Majitel přístroje: <i>FN Olomouc</i>		Kategorie používání: <i>I</i>		Typové označení: <i>H0110</i>		U_n [V] <i>220</i>		I_n [A] <i>0,05</i>	
				P_n [W] <i>10</i>				třída ochrany: <i>I</i>	

Datum kontroly	Podmínky měření			Izolační stav - náhradní měření			Výsledek kontroly	Celkové hodnocení	Termín další kontroly	Kontrolu provedl	
	Sestava *1	Délka [m]	Materiál síťového přívodu	Odpor. ochranného vodiče-u tř.l. [Ohm]	Metoda *2	síťová část přístupná část				síťová část přiložná část	přiložná část přístupná část
<i>14. 3. 2007</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>Cu</i>	<i>0,12</i>	<i>N</i>	<i><0,01</i>	<i>Zjištěné závady (vyjádření, závěry atp.)</i> <i>petenovek ústně větu, vzhledu</i>	<i>V</i>	<i>05/08</i>	<i>Maga</i>	<i>[Podpis]</i>
<i>14. 3. 2008</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>Cu</i>	<i>0,12</i>	<i>N</i>	<i><0,01</i>		<i>V</i>	<i>05/08</i>	<i>Maga</i>	<i>[Podpis]</i>

*1 S-přístroj měřen samostatně (nevypíňují se následující sloupce: "délka [m]" a "materiál síťového přívodu")
 P-přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem
 O-přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

*2 N-měření náhradního unikálního proudu
 U-přímé měření unikálního proudu
 R-měření rozdílového proudu

kontrola provedena přístrojem MEDITEST 50, č. kalibr. protokolu: 00162/1M50