



CMI spol. s r.o.
V Hůrkách 10, 158 00 Praha 5
Česká Republika
tel.: +420/235 520 811, 235 520 841
fax : + 420/235 520 890
e-mail : office@cz.cmi.

Instalační protokol č. :

VV050402

Zákazník a adresa zákazníka :

**Fakultní nemocnice Olomouc
oční klinika
I.P.Pavlova 6
775 21 Olomouc**

datum : 7/04/05

záruka do : 7/04/07

číslo objednávky :

faktura číslo :

Přístroj : Laser IRIDEX 810IQ + CSO SL990/3

Instalace:

Instalace laserového systému IRIDEX 810IQ o pracovní vlnové délce 810nm.

Byla provedena instalace bezpečnostních ochranných prvků a předána dokumentace k systému.

Přístroj předán v provozuschopném stavu odpovídajícím standardům výrobce a splňuje požadavky bezpečnosti provozu el. zařízení.

Zaškolení obsluhy:

Zaškolení na bezpečnost provozu laserového systému a jeho ovládání byli účastni:

MUDr. Oldřich Chrápek *Chrápek*

MUDr. Evžen Fric *Dr. Fric*

MUDr. Kateřina Špačková

Servisní technik : Martin Večeřák

podpis : *Martin Večeřák*

č.	název	model	katalogové číslo	výrobní číslo	soft. verze
1	Laser IRIDEX 810nm	IQ810	60 523	60009	1.024

**Na dodané přístroje poskytujeme
ZÁRUKU 24 MĚSÍČŮ
ode dne instalace
(pokud není uvedeno jinak)**

Potvrzujeme převzetí přístroje do užívání

7 dubna 2005
[Signature]
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
oční klinika
telefon: 785
Podpis: Doc. MUDr. J. P. Pavla, CSc.

.....
razítko a podpis



CMI spol. s r.o.
V Hůrkách 10, 158 00 Praha 5
Česká Republika
tel.: +420/235 520 811, 235 520 841
fax : + 420/235 520 890
e-mail : office@cz.cmi.sk

Instalační protokol č. :

VV050501

Zákazník a adresa zákazníka :

Fakultní nemocnice Olomouc
oční klinika
I.P.Pavlova 6
775 21 Olomouc

datum : 20/05/05

záruka do : 20/05/07

číslo objednávky :

faktura číslo : 111001, 111002

Přístroj : Laser IRIDEX 810IQ + SLA adaptéry

Instalace:

Instalace laserového systému IRIDEX 810IQ o pracovní vlnové délce 810nm.
Součástí systému jsou dva samostatné SL adaptéry pro LS a CW režim laserování.
Byla provedena instalace bezpečnostních ochranných prvků a předána dokumentace k systému.
(bezp. značení, manuál, prohlášení o shodě)

Přístroj předán v provozuschopném stavu odpovídajícím standardům výrobce a splňuje požadavky bezpečnosti provozu el. zařízení.

Zaškolení obsluhy:

Zaškolení na bezpečnost provozu laserového systému a jeho ovládání byli účastni:

MUDr. Oldřich Chrápek

MUDr. Evžen Fric

MUDr. Kateřina Špačková

Servisní technik : Martin Večeřák


podpis :

č.	název	model	katalogové číslo	výrobní číslo	soft. verze
1	Laser IRIDEX 810nm	IQ810	60 523	60009	1.024
2	SL adaptér	LS			RH9251FT
3	SL adaptér	CW			RH9195FM

Na dodané přístroje poskytujeme
ZÁRUKU 24 MĚSÍCŮ
ode dne instalace
(pokud není uvedeno jinak)

24. května 2005

Potvrzujeme převzetí přístroje do užívání.



razítko a podpis



CMI spol. s r.o.
V Hůrkách 10, 158 00 Praha 5
Česká Republika
tel.: +420/235 520 811, 235 520 841
fax : + 420/235 520 890
e-mail : office@cz.cmi.sk

Instalační protokol č. :

VV050501

Zákazník a adresa zákazníka :

Fakultní nemocnice Olomouc
oční klinika
I.P.Pavlova 6
775 21 Olomouc

datum : 20/05/05

záruka do : 20/05/07

číslo objednávky :

faktura číslo :

Přístroj : Laser IRIDEX 810IQ + SLA adaptéry

Instalace:

Instalace laserového systému IRIDEX 810IQ o pracovní vlnové délce 810nm.
Součástí systému jsou dva samostatné SL adaptéry pro LS a CW režim laserování.
Byla provedena instalace bezpečnostních ochranných prvků a předána dokumentace k systému.
(bezp. značení, manuál, prohlášení o shodě)

Přístroj předán v provozuschopném stavu odpovídajícím standardům výrobce a splňuje požadavky bezpečnosti provozu el. zařízení.

Zaškolení obsluhy:

Zaškolení na bezpečnost provozu laserového systému a jeho ovládání byli účastni:

MUDr. Oldřich Chrapek

MUDr. Evžen Fric

MUDr. Kateřina Špačková

Servisní technik : Martin Večeřák


podpis :

č.	název	model	katalogové číslo	výrobní číslo	soft. verze
1	Laser IRIDEX 810nm	IQ810	60 523	60009	1.024
2	SL adaptér	LS			RH9251FT
3	SL adaptér	CW			RH9195FM

Na dodané přístroje poskytujeme
ZÁRUKU 24 MĚSÍCŮ
ode dne instalace
(pokud není uvedeno jinak)

Potvrzujeme převzetí přístroje do užívání.

24. května 2005



.....
razítko a podpis



CMI spol. s r.o.
V Hůrkách 10, 158 00 Praha 5
Česká Republika
tel.: +420/235 520 811, 235 520 841
fax : + 420/235 520 890
e-mail : office@cz.cmi.

Instalační protokol č. :

VV050502

Zákazník a adresa zákazníka :

Fakultní nemocnice Olomouc
oční klinika
I.P.Pavlova 6
775 21 Olomouc

datum : 20/05/05

záruka do : 20/05/07

číslo objednávky :

faktura číslo :

Přístroj : CSO SL990/3

Instalace:

Instalace optického systému SL CSO k laserovému systému IRIDEX 810IQ.

Byla předána potřebná dokumentace (manuál, prohlášení o shodě).

Přístroj předán v provozuschopném stavu odpovídajícím standardům výrobce a splňuje požadavky bezpečnosti provozu el. zařízení.

Zaškolení obsluhy:

Zaškolení na bezpečnost provozu a ovládání byli účastni:

MUDr. Oldřich Chrapek

MUDr. Evžen Fric

MUDr. Kateřina Špačková

Servisní technik : Martin Večeřák

podpis :

č.	název	model	katalogové číslo	výrobní číslo	soft. verze
1	Štěrbínová lampa SL CSO	990/3		04030032	1.024
2	Přístrojový stolek s el. zdvihem	JV			
3	Pojízdný stolek pod laser	MM			

Na dodané přístroje poskytujeme
ZÁRUKU 24 MĚSÍCŮ
ode dne instalace
(pokud není uvedeno jinak)

Potvrzujeme převzetí přístroje do užívání.

24 května 2005
89
301
142
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Ambulance 705
.....
razítko a podpis



CMI spol. s r.o.
V Hůrkách 10, 158 00 Praha 5
Česká Republika
tel.: +420/235 520 811, 235 520 841
fax : + 420/235 520 890
e-mail : office@cz.cmi.sk

Instalační protokol č. :

VV050401

Zákazník a adresa zákazníka :

Fakultní nemocnice Olomouc
oční klinika
I.P.Pavlova 6
775 21 Olomouc

datum : 7/04/05

záruka do : 7/04/07

číslo objednávky :

faktura číslo :

Přístroj : Laser IRIDEX 810IQ + CSO SL990/3

Instalace:

Instalace laserového systému IRIDEX 810IQ o pracovní vlnové délce 810nm s optickým zaměřovacím systémem CSO SL 990/3.

Součástí systému jsou dva samostatné SL adaptéry pro LS a CW režim laserování.

Byla provedena instalace bezpečnostních ochranných prvků a předána dokumentace k systému.

Přístroj předán v provozuschopném stavu odpovídajícím standardům výrobce a splňuje požadavky bezpečnosti provozu el. zařízení.

Zaškolení obsluhy:

Zaškolení na bezpečnost provozu laserového systému a jeho ovládání byli účastni:

MUDr. Oldřich Chrapek

MUDr. Evžen Fric

MUDr. Kateřina Špačková

Servisní technik : Martin Večeřák

podpis :

č.	název	model	katalogové číslo	výrobní číslo	soft. verze
1	Laser IRIDEX 810nm	IQ810	60 523	60009	1.024
2	SL adaptér	LS			RH9251FT
3	SL adaptér	CW			RH9195FM
4	Optický systém SL CSO	990/3		04030032	
5	Přístrojový stolek s el. zdvihem	JV			
6	Pojízdný stolek pod laser	MM			
7	Aplanační tonometer HS	AT 900		21395	

Na dodané přístroje poskytujeme
ZÁRUKU 24 MĚSÍČŮ
ode dne instalace
(pokud není uvedeno jinak)

Potvrzujeme převzetí přístroje do užívání.

FUTURUM VISUM
7 dubna 2005 Oční klinika FN, I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
689 9026

.....
razítko a podpis