

Protokol o kontrole elektrického zdravotnického přístroje dle zák.123/2000 Sb

Název přístroje: Hessur št1	Inventární číslo: I020783	Výrobce: OKULA	rok výroby:	výrobní číslo: 03761
Majitel přístroje: FN Olomouc	Kategorie používání: I	Typové označení:	Un [V] 220	In [A]
			Pn [W]	třída ochrany: II

Datum kontroly	Podmínky měření			Odpor ochranného vodiče-u tř.l. [Ohm]	Izolační stav - náhradní měření						Výsledek kontroly			Kontrolu provedl	
	Sestava *1	Délka [m]	Materiál síťového přívodu		síťová část přístupná část		síťová část příložná část		příložná část přístupná část		Zjištěné závady (vyjádření, závěry atp.)	Celkové hodnocení	Termín další kontroly	Jméno	Podpis
					Metoda *2	I [mA]	Metoda *2	I [mA]	Metoda *2	I [mA]					
14.3.2007	0	3	Cu	0,4	N	0,3					funkční, nevyhovuje kapacit. zbyh!	N		Mgr. J. Václav Mayer	

*1 S-přístroj měřen samostatně (nevyplňují se následující sloupce: "délka [m]" a "materiál síťového přívodu")

P-přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem

O-přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

kontrola provedena přístrojem MEDITEST 50, č. kalibr. protokolu: 00162/1M50

*2 N-měření náhradního unikajícího proudu


U-přímé měření unikajícího proudu

R-měření rozdílového proudu

7010483 1/2005

Ing. Jaroslav Mayer
dodávky a servis medicínské techniky
Valachův žleb 4891
760 05 ZLÍN
IČO: 13689509

SERVISNÍ VÝKAZ DODACÍ LIST



Adresa zákazníka FN. Olomouc I. P. Pavlova 6 775 20 Olomouc	
Datum objednávky	Číslo objednávky

- ☐ oprava
☒ údržba
☐ konzultace

Přístroj Hessav štř vč. 03761	Oddělení ČNS 1423	
Závada funkční a elektrická kontrola		
Příčina závady		
Popis provedených prací Provedena kontrola funkčnosti Funkční, nutno vyměnit napájecí zdroj se zářivkou 130W. !!!		
Odpracované hodiny	Sazba	Cena
Materiál		Cena
Ujeté kilometry	Sazba	Cena
CELKEM		800,-

Potvrzuji, že jsem převzal přístroj ve funkčním stavu
a uvedené údaje odpovídají skutečnosti

Fakultní nemocnice Olomouc
14/50
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Přístroj: Hessav štř vč. 03761

Datum a podpis zákazníka

8.12.2005
Datum a podpis technika