

D 025461-000
~~004446~~ (HECNA)

Zhotovitel:
OCULUS, spol. s r.o.
Pardubická 765
500 04 Hradec Králové
tel/fax: 495531140, 495531145
IČO:48152340 DIČ:CZ48152340



P R O T O K O L O TECHNICKÉ KONTROLE PŘÍSTROJE

dle zákona č. 123/2000, 346/2003 Sb.

Pracoviště	Fakultní nemocnice Olomouc Oční klinika I. P. Pavlova 6 775 20 OLOMOUC	
Název přístroje	Lokalizátor-korektor	
Výrobce	OCULUS	
Výrobní číslo:	nečitelné	Inventární číslo: D025461-000
Zevní kontrola přístroje – vpořádku	ano	
Funkční kontrola přístroje – vpořádku a ovládacích prvků	ano	
Hodnoty dílčí elektrické revize: (měření provedeno přístrojem MediTest 50 v.č. 200066)		
R_{izolační} >20MΩ	R_{přech} <0,2Ω	I_{un} < 0,5mA
Poznámky: 		
Závěr: Zdravotnický prostředek je funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.		
Předepsaná kontrola od výrobce		
Doporučená kontrola od výrobce	1x za dva roky	
Kontrolu provedl/i: P. Rezler OCULUS , spol. s r. o. Pardubická 765 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ		
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy k této činnosti.		
Dne: 15.3.2007		