



Protokol
o bezpečnostně technické kontrole
zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje

V souladu se Zákonem 123/2000 Sb. § 52.

Poskytovatel zdravotní péče: Fakultní nemocnice Olomouc

Umístění ZP: oční klinika, ambulance

Inv.č.: I019210

Název ZP: SYNOPTOFOR

Typ: Synptophore 2001

Výrobce: Clement Clarke

Výt.č.: SN20010262

Druh kontroly a měření	---	Výsledek	---	Poznámka
stav mechanických funkcí a částí		vyhovuje / nevyhovuje		
stav elektrických a elektronických funkcí a částí		vyhovuje / nevyhovuje		
stav optiky		vyhovuje / nevyhovuje		
kontrola el. bezpečnosti Meditest 50 – v.č.: 204027		vyhovuje / nevyhovuje		odpor ochranného uzemňovacího vodiče 0,25Ohm hodnota izolačního odporu >20 Mohm

Celkový stav přístroje vyhovuje / ~~nevyhovuje~~ pro použití k výrobcem stanovenému účelu při poskytování zdravotní péče a je / ~~není~~ funkční a bezpečný.

Termín následné kontroly: 5.6.2009

Zhotovitel: CMI, s.r.o.

Kontrolu provedl dne: 5.6.2008



www.cmi.sk

CMI s.r.o.
Meteor Centre Office P...
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8
IČO: 471272e
DIČ: CZ47117320
Jméno a podpis