

Protokol o kontrole elektrického zdravotnického přístroje dle zák. 123/2000 Sb

Název přístroje:	fokomek	Inventurní číslo:	I 014 279
Majitel přístroje:	FN Olomouc	Kategorie používání:	I.
Výrobce:		Carl Zeiss	
Typové označení:		SRM	
	Un [V]	220	
	In [A]	0,07	
	Pn [W]	15	
	řída ochrany:	I.	
rok výroby:		174 560	
výrobní číslo:		174 560	

Datum kontroly	Podmínky měření			Izolační stav - náhradní měření				Výsledek kontroly	Celkové hodnocení	Termín další kontroly	Kontrolu provedl	
	Sestava *1	Délka [m]	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče-u tř.l. [Ohm]	Metoda *2	I [mA]	Metoda *2				I [mA]	Metoda *2
14.3.2007	0	1	Ca	0,14	N	<0,01			V	03/08	Hager	
14.3.2008	0	1	Ca	0,15	N	<0,01		Zjištěné závady (vyjádření, závěry atp.) paramekry úměrně velké paramekry bez závěr	V	03/08	Hager	

*1 S-přístroj měřen samostatně (nevyplňuji se následující sloupce: "délka [m]" a "materiál síťového přívodu")

P-přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem

O-přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

kontrola provedena přístrojem MEDITEST 50, č. kalibr. protokolu: 00162/1M50

*2 N-měření náhradního unikajícího proudu

U-přímé měření unikajícího proudu

R-měření rozdílového proudu