



CMI spol. s r.o.
 V Hůrkách 10, 158 00 Praha 5
 Česká Republika
 tel. : + 420 - 235 520 811
 fax : + 420 - 235 520 890
 e-mail : office@cz.cmi.sk

Servisní výkaz č. : VV050205

název podniku a adresa :

**Fakultní nemocnice Olomouc
 oční klinika
 I.P.Pavlova 6
 775 21 Olomouc**

datum : 25/02/2004

záruka do :

číslo objednávky : OND14943

Přístroj : SL HS BQ900

SN: 1400217.0979

Popis závady a práce :

Provedení preventivní periodické prohlídky štěrbinové lampy HS BQ900

- provedena kontrola a údržba optického systému štěrbinové lampy
- kontrola napájecího modulu pro osvětlení pozadí a modulu osvětlení SL
- měření izolačního a svodového odporu.

Přístroj předán v provozuschopném stavu odpovídajícím standardům výrobce a splňuje požadavky bezpečnosti provozu el. zařízení.

Servisní technik : Martin Večeřák

podpis :

Materiál :

č.	název	model	katalog.číslo	SN	ks	cena v Kč bez DPH	
						za 1 ks	celkem

spotřeba materiálu celkem :

Podklady pro fakturaci :

Materiál :			k úhradě	Potvrzujeme převzetí přístroje po opravě. 25. února 2005 MUDr. KATEŘINA ŠPAČKOVÁ 391 razítko a podpis
			x	
Doprava :	km	sazba	k úhradě	
	0	11,-	0	
Práce :	hod	sazba	k úhradě	
	1	800,-	800,-	
Celkem :			800,- bez DPH	