

488

inv.č. I 022804



**Protokol  
o bezpečnostně technické kontrole  
zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje**

Poskytovatel zdravotní péče: FN Olomouc

Umístění ZP: Oční klinika

Název ZP: Fluorinova lampa

Výrobce: CSO

Inv.č.:

Typ: SL 990/3

Výr.č.: 4030036


Druh kontroly a měření	Výsledek	Poznámka
stav mechanických funkcí a částí	vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>	..... ..... .....
stav elektrických a elektronických funkcí a částí	vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>	..... ..... .....
stav optiky	vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>	..... ..... .....
kontrola el. bezpečnosti Meditest 50 – v.č.: 204027	vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>	..... ..... .....

**Celkový stav přístroje vyhovuje / ~~nevyhovuje~~ pro použití k výrobcem stanovenému účelu při poskytování zdravotní péče a je / ~~není~~ funkční a bezpečný.**

Termín následné kontroly: 04/2007

Zhotovitel: CMI, s.r.o.

Kontrolu provedl dne: 12.7.2006



Razítko a podpis